

Contratación, a los veintidos (22) días del mes de abril de 2019

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 02 de 2019

Asunto: Respuesta a observaciones presentadas dentro del proceso **CONVOCATORIA PUBLICA NO. 02 de 2019**, de conformidad a lo estipulado en el Acuerdo 06 de 26 de agosto de 2014 “*Por el cual se adopta el manual de contratación del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado*”, cuyo objeto es: **“SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA LAS DIFERENTES AREAS Y PROGRAMA HANSEN DEL SANANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E”**

- **PRIMERA OBSERVACION PRESENTADA POR CARMEN CASTELLANOS SUAREZ:**

En el formato N° 6 que corresponde al modelo propuesta económica, en el ítem 1.56 requieren equipo para bomba de einfusión, solicitamos se nos informe la marca de las bombas de infusión que posee la entidad, o si se puede ofertar cualquier marca.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

El sanatorio de contratacion maneja la marca Body Guad 121 Twins

- **SEGUNDA OBSERVACION PRESENTADA POR CARMEN CASTELLANOS SAREZ**

Para el caso del ítem 1.71 solicitan el GLUCOMETRO ACCU-CHECK ACTIVE, y nuestro proveedor LABORATORIOS ROCHE, nos informa que este glucometro salio del mercado y ya no se comercializa, por tal razón solicitamos si es factible ofertar otra marca de glucometro.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Teniendo en cuenta la observación hecha por la peticionaria, y por tratarse de que el sanatorio también maneja otras marcas, se procederá a eliminar este ítem.

- **TERCERA OBSERVACION PRESENTADA POR CARMEN CASTELLANOS SUAREZ**

El ítem 1.107 describe el PAPEL SENSIBLE PARA DESFIBRILADOR de 50 mm x 30 ml. Blanco, solicitamos nos informe la marca del DESFIBRILADOR.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La marca que maneja la entidad es Tipo Resma- Marca Nihon Kohden.

- **CUARTA OBSERVACION PRESENTADA POR CARMEN CASTELLANOS SUAREZ**

El ítem 1.115 que corresponde al PUNCH O SACABOCADOS DESECHABLES PARA BIOPSIA N° 4, 5 y 6, nuestros proveedores informan que la presentación que se comercializa es de 2 mm; 3 mm, 4mm y 6 mm, solicitamos se nos aclare si se acepta esta presentación.

No se acepta la observación porque se verifico en el mercado y aún se maneja el punch sacabocados desechables para Biopsia N° 5mm, y revisando en los artículos restantes del stock de almacén se encuentran de 5mm, por lo tanto es necesario cotizar este elemento.

(ORIGINAL FIRMADO)
FREDY EDUARDO FONSECA SUÁREZ
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E.

Revisó. Nidia Yaneth Moreno Guevara.